

EG-Konformitätserklärung

Produktbezeichnung / Artikelnummer

newgen medicals Bügelloser ITE-Hörverstärker HV-130 mit Akku,
30 dB Verstärkung / NC-4952-675

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien:

Niederspannung Richtlinie 2014/35/EU

EMV - Richtlinie 2014/30/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU

PEARL. GmbH, Pearl-Str. 1-3, 79426 Buggingen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutzanforderungen der Richtlinien, durch Einhaltung folgender Normen nachgewiesen wurde:

EN 60335-1:2012 + A13: 2017

EN 55032: 2015 + A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 55035: 2017 + A11: 2020

Buggingen, 29.09.2020

i.V.



Ort, Datum

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz