

Technische Daten

Produktvarianten	Brechwert	Zentrierabstand
NX-1290-675	+1.0 dpt	62 mm
NX-1291-675	+1.5 dpt	62 mm
NX-1292-675	+2.0 dpt	62 mm
NX-1293-675	+2.5 dpt	62 mm
NX-1294-675	+3.0 dpt	62 mm
NX-1295-675	+3.5 dpt	62 mm

Warnhinweis

- Nur zum Nahsehen und Lesen geeignet
- Nur eine regelmäßige fachkundige Augenuntersuchung ermöglicht eine optimale Sehhilfe und überprüft die Gesundheit Ihrer Augen
- Nicht beim Führen von Fahrzeugen gebrauchen
- Nicht für das Sehen in die Ferne geeignet
- Nicht als Augenschutzgerät gebrauchen





flexible Lesebrille
+1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 dpt

NX-1290-675
NX-1291-675
NX-1292-675
NX-1295-675

NX-1293-675

NX-1294-675

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-1290, NX-1291, NX-1292, NX-1293, NX-1294 und NX-1296 in Übereinstimmung mit der Medizinprodukte RICHTLINIE 93/42/EG befinden.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die jeweilige Artikelnummer ein.

Caractéristiques techniques

Variantes du produit	Puissance	Écart pupillaire
NX-1290-675	+1.0 dpt	62 mm
NX-1291-675	+1.5 dpt	62 mm
NX-1292-675	+2.0 dpt	62 mm
NX-1293-675	+2.5 dpt	62 mm
NX-1294-675	+3.0 dpt	62 mm
NX-1295-675	+3.5 dpt	62 mm

Avertissement


- Conçues uniquement pour la vision de près et la lecture.
- Seul un examen ophtalmique régulier effectué auprès d'un spécialiste vous permet de vérifier la santé de vos yeux et de trouver le verre correcteur adapté.
- Ne pas utiliser en conduisant.



- Ne conviennent pas pour la vision de loin.
- Ne pas utiliser en tant que protection pour les yeux.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-1290, NX-1291, NX-1292, NX-1293, NX-1294, NX-1295 et NX-1296 conformes à la directive 93/42/CEE actuelle du Parlement Européen, relative aux dispositifs médicaux.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2015