

Technische Daten

Produktvarianten	Brechwert	Zentrierabstand
NX-1290-675	+1.0 dpt	62 mm
NX-1291-675	+1.5 dpt	62 mm
NX-1292-675	+2.0 dpt	62 mm
NX-1293-675	+2.5 dpt	62 mm
NX-1294-675	+3.0 dpt	62 mm
NX-1295-675	+3.5 dpt	62 mm

Warnhinweis

- Nur zum Nahsehen und Lesen geeignet
- Nur eine regelmäßige fachkundige Augenuntersuchung ermöglicht eine optimale Sehhilfe und überprüft die Gesundheit Ihrer Augen
- Nicht beim Führen von Fahrzeugen gebrauchen
- Nicht für das Sehen in die Ferne geeignet
- Nicht als Augenschutzgerät gebrauchen



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-1290-675, NX-1291-675, NX-1292-675, NX-1293-675, NX-1294-675 und NX-1295-675 in Übereinstimmung mit der Medizinprodukte RICHTLINIE 93/42/EG befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die jeweilige Artikelnummer ein.

Caractéristiques techniques

Variante du produit	Puissance	Écart pupillaire
NX1290	+1.0 dpt	62 mm
NX1291	+1.5 dpt	62 mm
NX1292	+2.0 dpt	62 mm
NX1293	+2.5 dpt	62 mm
NX1294	+3.0 dpt	62 mm
NX1295	+3.5 dpt	62 mm

Avertissement

- Conçues uniquement pour la vision de près et la lecture.
- Seul un examen ophtalmique régulier effectué auprès d'un spécialiste vous permet de vérifier la santé de vos yeux et de trouver le verre correcteur adapté.
- Ne les utilisez pas en conduisant.



- Ne conviennent pas pour la vision de loin.
- Ne les utilisez pas en tant que protection pour les yeux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la

notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-1290, NX-1291, NX-1292, NX-1293, NX-1294, et NX-1295 conformes à la directive 93/42/CEE actuelle du Parlement Européen, relative aux dispositifs médicaux.

Kurtasz, A.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.