

## EG-Konformitätserklärung

### Produktbezeichnung / Artikelnummer

newgen medicals Medizinisches HdO-Hörgerät, bis 50 dB Verstärkung,  
hohe Klangqualität / NX-9099 -675

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinien:

EMV - Richtlinie 2014/30/EU  
Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EG  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Schutz-  
Anforderungen der Richtlinien werden durch Einhaltung folgender Normen  
nachgewiesen:

EN 60118-13: 2005  
EN 61000-4-3: 2006 + A1:2008 + A2:2010  
EN 60118-7: 2005  
EN 60601-1: 2006 + A1: 2013  
EN 60601-2-66: 2013

Buggingen, 12.09.2016

i.V.



---

Ort, Datum

---

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz